Paramètres de mesure de l'IQ SensorNet

Compatible avec	TriOxmatic® 700/701/702 IQ (SW)	FDO® 700/701 IQ (SW)	SensoLyt® 700 IQ (SW)	TetraCon® 700 IQ (SW)	ViSoTurb® 700 IQ (SW)	ViSolid® 700 IQ	AmmoLyt®*Plus* 700 IQ	NitraLyt®*Plus* 700 IQ	VARiON®*Plus* 700 IQ	NitraVis® 701/705 IQ (TS)	NitraVis® 701/705 IQ NI	CarboVis® 701/705 IQ (TS/Co)	NiCaVis® 705 IQ (TS/SF/Co)	NiCaVis® 701/705 IQ (NI/SF)	UV 701/705 IQ SAC	UV 701/705 IQ NOx	ColorVis 705 IQ	IFL 700 IQ	Alyza® IQ PO_4	Alyza® IQ NH_4 (HR)
Système 2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Système 282/284	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Système 281	■	■	■	■	■	■												■		
Consommation [W]	0,2	0,7	0,2	0,2	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	5,5°	**	**
Paramètre																				
Température	■	■	■	■			■	■	■											
Oxygène dissous (elektrochemisch)	■																			
Oxygène dissous (optique)		■																		
pH			■																	
Redox			■																	
Conductivité				■																
Salinité				■																
TDS				■																
Turbidité (optique)					■															
MES (optique)					■	■				■		■	■							
Voile de boue																		■		
Couleur												■	■				■			
Ammonium (ion selectif)							■		■											
Ammonium (optique/échantillon)																				■
Nitrate (ion selectif)								■	■											
Nitrate (optique/spectral)										■	■		■	■		■†				
Nitrite (optique/spectral)											■			■		■				
Potassium (ion selectif)							■		■											
Chlorures (ion selectif)								■	■											
DCO (optique/spectral)												■	■	■						
DBO (optique/spectral)												■	■	■						
COT (optique/spectral)												■	■	■						
DOC (optique/spectral)												■	■	■						
SAC (optique/spectral)												■	■	■	■					
UVT (optique/spectral)												■	■	■	■					
Orthophosphate (optique/échantillon)																			■	

*** Alimentation électrique : Alyza IQ fournit 10W*
° En cas de utilisation du système 282/284, la consommation moyenne d'énergie peut être utilisée.
Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation du système 282/284.
† Nitrites et Nitrates sont inclus dans la mesure de valeurs.

Pour en savoir plus, voir xylemanalytics.com/en/landingpages/iq-sensor-net

© 2026 Xylem Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés. Tous les noms cités dans ce document sont des noms ou marques déposés de Xylem Inc. ou l'une de ses filiales. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

202611