IQ SensorNet parametri di misura

Può essere utilizzato con il	TriOxmatic® 700/701/702 IQ (SW)	FDO® 700/701 IQ (SW)	SensoLyt® 700 IQ (SW)	TetraCon® 700 IQ (SW)	ViSoTurb® 700 IQ (SW)	ViSolid® 700 IQ	AmmoLyt®*Plus* 700 IQ	NitraLyt®*Plus* 700 IQ	VARiON®*Plus* 700 IQ	NitraVis® 701/705 IQ (TS)	NitraVis® 701/705 IQ NI	CarboVis® 701/705 IQ (TS/Co)	NiCaVis® 705 IQ (TS/SF/Co)	NiCaVis® 701/705 IQ (NI/SF)	UV 701/705 IQ SAC	UV 701/705 IQ NOx	ColorVis 705 IQ	IFL 700 IQ	Alyza® IQ PO_4	Alyza® IQ NH_4 (HR)
Sistema 2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema 282/284	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema 281	■	■	■	■	■	■												■		
Consumo di energia [W]	0,2	0,7	0,2	0,2	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	5,5°	**	**
Parametro																				
Temperatura	■	■	■	■			■	■	■											
Ossigeno (elettrochimico)	■																			
Ossigeno (ottico)		■																		
pH			■																	
ORP			■																	
Conducibilità				■																
Salinità				■																
TDS				■																
Torbidità (ottico)					■															
TSS (ottico)					■	■				■		■	■							
Livello dei liquami																		■		
Colore												■	■				■			
Ammonia (ionoselettivo)							■		■											
Ammonia (ottico/analisi chimica per via umida)																				■
Nitrato (ionoselettivo)								■	■											
Nitrato (ottico/spettrale)										■	■		■	■		■†				
Nitrito (ottico/spettrale)											■			■		■				
Potassio (ionoselettivo)							■		■											
Cloruro (ionoselettivo)								■	■											
COD (ottico/spettrale)												■	■	■						
BOD (ottico/spettrale)												■	■	■						
TOC (ottico/spettrale)												■	■	■						
DOC (ottico/spettrale)												■	■	■						
SAC (ottico/spettrale)												■	■	■	■					
UVT (ottico/spettrale)												■	■	■	■					
Ortofosfato (ottico/analisi chimica per via umida)																			■	

*** Produzione di energia: Alyza IQ fornisce 10W*
° Il consumo medio di energia può essere utilizzato per il funzionamento del sistema 282/284.
Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del Sistema 282/284.
† I nitriti e i nitrati sono inclusi nel valore misurato.

Per saperne di più xylemanalytics.com/en/landingpages/iq-sensor-net

© 2026 Xylem Inc. o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi sono marchi registrati di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

202611