IQ SensorNet parametry pomiarowe

Do użycia z	TriOxmatic® 700/701/702 IQ (SW)	FDO® 700/701 IQ (SW)	SensoLyt® 700 IQ (SW)	TetraCon® 700 IQ (SW)	ViSoTurb® 700 IQ (SW)	ViSolid® 700 IQ	AmmoLyt®*Plus* 700 IQ	NitraLyt®*Plus* 700 IQ	VARiON®*Plus* 700 IQ	NitraVis® 701/705 IQ (TS)	NitraVis® 701/705 IQ NI	CarboVis® 701/705 IQ (TS/Co)	NiCaVis® 705 IQ (TS/SF/Co)	NiCaVis® 701/705 IQ (NI/SF)	UV 701/705 IQ SAC	UV 701/705 IQ NOx	ColorVis 705 IQ	IFL 700 IQ	Alyza® IQ PO_4	Alyza® IQ NH_4 (HR)
System 2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System 282/284	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System 281	■	■	■	■	■	■												■		
Pobór mocy [W]	0,2	0,7	0,2	0,2	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	5,5°	**	**
Parametr																				
Temperatura	■	■	■	■			■	■	■											
Tlen (elektrochemicznie)	■																			
Tlen (optycznie)		■																		
pH			■																	
ORP			■																	
Przewodność				■																
Zasolenie				■																
TDS				■																
Mętność (optycznie)					■															
Gęstość (optycznie)					■	■				■		■	■							
Poziom osadu																		■		
Kolor												■	■				■			
Amoniak (jonoselektywnie)							■		■											
Amoniak (optycznie/odczynnikowo)																				■
Azotany (jonoselektywnie)								■	■											
Azotany (optycznie/spektralnie)										■	■		■	■		■†				
Azotyny (optycznie/spektralnie)											■			■		■				
Potas (jonoselektywnie)							■		■											
Chlorki (jonoselektywnie)								■	■											
ChZT (optycznie/spektralnie)												■	■	■						
BZT (optycznie/spektralnie)												■	■	■						
OWO (optycznie/spektralnie)												■	■	■						
DOC (optycznie/spektralnie)												■	■	■						
SAK (optycznie/spektralnie)												■	■	■	■					
UVT (optycznie/spektralnie)												■	■	■	■					
Ortofosforany (optycznie/odczynnikowo)																			■	

*** Moc wyjściowa: Alyza IQ zapewnia 10W*
° Średni pobór mocy może być wykorzystany do pracy z Systemem 282/284. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu 282/284.
† Suma wartości Azotynów i Azotanów.

Więcej informacji na stronie xylemanalytics.com/en/landingpages/iq-sensor-net

© 2026 Xylem Inc. lub jej spółka powiązana. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy są zastrzeżonymi nazwami handlowymi firmy Xylem Inc.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.