


SI Analytics

**EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CEE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte	We declare under our sole responsibility that the following products	Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits ci-dessous	Declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que los productos listados a continuación
pH-mV-Meter	pH-mV-meter	pH-mV-mètre	pH-mV- metros
HandyLab 100			
Cond-Meter	Conductivity-meters	Conductivitémètres	Conductímetros
HandyLab 200			
IDS-pH-mV-Meter	IDS-pH-mV-meter	IDS-pH-mV-mètre	IDS-pH-mV- metros
HandyLab 600			
IDS-Multiparameter-Messgerät	IDS-multiparameter- meter	IDS-multiparametre-mètre	IDS-Metros-multiparametros
HandyLab 680			
auf die sich diese Erklärung bezieht, übereinstimmen mit den folgenden EG Richtlinien.	to which this declaration relates are in conformity with the following EC directives.	auquel se réfère cette déclaration est conforme directives CE soul vantes.	todo lo relative a esta declaración está en conformidad con las directivas CEE siguientes
EMV EG-Richtlinie 2004/108/EG Sicherheit EG Richtlinie 2006/ 95	EMC EC-Directrive 2004/108/EG Safety EC-Directrive 2006/ 95	CEM CE-Directive 2004/108/EG Sécurité CE-Directive 2006/ 95	CEM CEE siguientes 2004/108/EG Seguridad CEE siguientes 2006/ 95
Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente	Applied harmonized standards or normative documents	Normes harmonisées ou documents normative appliquées	Estándares armonizados aplicados o documentos normativos
EMV EN 61326-1:2006 Sicherheit EN 61010-1 :2010	EMC EN 61326-1:2006 Safety EN 61010-1 :2010	CEM EN 61326-1:2006 Sécurité EN 61010-1 :2010	CEM EN 61326-1:2006 Seguridad EN 61010-1 :2010

Mainz den 01.06.2014


 Dr. Robert Reining
 Geschäftsführer, Managing Director

Konf. No.:pH 008

SI Analytics GmbH
 Hattenbergstraße 10
 55122 Mainz
 Deutschland, Germany, Allemagne